


Transformation d'événements

Il peut être intéressant de transformer l'ensemble des événements d'un type en un autre type. Ceci pour corriger en partie une analyse automatique ou pour pouvoir réintégrer des événements autre que les apnées et hypopnées dans l'IAH.

Pour cela aller sur l'onglet « Événements » tout à droite du tracé.

Ecrire dans l'outil de recherche le nom de l'événement à transformer, ici « EOSD type1 ».

La liste de l'ensemble des événements du type sélectionner sera alors visible.





Sélectionner une entrée puis faire « Ctrl+A » pour tous les sélectionner.

Nous souhaitons ici transformer les EOSD de type 1 afin de les intégrer dans l'IAH, nous allons donc les transformer en hypopnée.

Faire un clic droit sur la sélection, puis suivre le chemin suivant :

- « Transformer en événements... »
- « Hypopnea »
- « Hypopnée »



En générant de nouveau le rapport, l'IAH sera alors recalculé en prenant en compte cette modification.